

R. br	Traženi predmet nabave opis i tehničke specifikacije	Ponudeni predmet nabave opis i tehničke specifikacije	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a					
1.	Laserski ručni/prijenosni mjerjač lisne površine	Tip/naziv proizvoda: Naziv proizvođača:	kom.	1							
	Težina uređaja (kg) s pripadajućom opremom maksimalno do 4 kg	Težina uređaja s pripadajućom opremom ____ kg.									
	Uređaj se može koristiti i izvan mreže strujnog napajanja	Uređaj je moguće koristiti i izvan mreže strujnog napajanja: da/ne									
	Uređaj se može koristiti na otvorenom/poljski uvjeti	Uređaj se može koristiti na otvorenom/poljski uvjeti: da/ne									
	Uređaj sadrži ekran na kojem se ispisuju rezultati čitljivi na dnevnom svijetlu.	Uređaj sadrži ekran na kojem se ispisuju rezultati čitljivi na dnevnom svijetlu: da/ne									
	Uređaj mora imati ugrađeni GPS s mogućnosti pohrane lokacije	Uređaj ima ugrađeni GPS s mogućnosti pohrane lokacije: da/ne									
	Lisni skener minimalno 650 nm LASERSKI	Lisni skener _____ nm									
	Rezolucija skeniranja <0.05 cm²	Rezolucija skeniranja _____ cm²									
	Debljina mjerenja/skeniranja minimalno 1,2 cm	Debljina mjerenja/skeniranja minimalno ____ cm									
	Širina mjerenja/skeniranja minimalno 15 cm	Širina mjerenja/skeniranja ____ cm									
	Dužina mjerenja/skeniranja minimalno 150 cm	Dužina mjerenja/skeniranja minimalno ____ cm									
	Mogućnost pregleda skeniranog lista na grafičkom ekranu	Mogućnost pregleda skeniranog lista na grafičkom ekranu: da/ne									
	Brzina skeniranja pojedinačnog lista minimalno 150 mm/sec	Brzina skeniranja pojedinačnog lista minimalno ____ mm/sec									
	Jamstveni rok minimalno 24 mjeseca	Jamstveni rok _____ mjeseca									
	Mogućnost uzastopnog mjerenja listova s minimalnom brzinom 50 mm/sec	Mogućnost uzastopnog mjerenja listova s minimalnom brzinom 50 mm/sec: da/ne									
1.	Meteorološka mjerna postaja	Tip/naziv proizvoda: Naziv proizvođača:	kom.	2							
	Uređaj mora biti otporan na teške klimatske uvjete (hladnoću, vrućinu)	Uređaj je otporan na teške klimatske uvjete (hladnoću, vrućinu): da/ne									
	Uređaj se može koristiti i izvan mreže strujnog napajanja (baterijsko napajanje)	Uređaj je moguće koristiti i izvan mreže strujnog napajanja: da/ne									
	Uređaj treba mjeriti: solarnu radijaciju, količinu oborina, relativnu vlažnost zraka, tlak pare, temperaturu zraka, vlažnost zraka, brzinu vjetra, smjer vjetra, nalet vjetra, udar i udaljenost munje	Uređaj mjeri solarnu radijaciju, količinu oborina, relativnu vlažnost zraka, tlak pare, temperaturu zraka, vlažnost zraka, brzinu vjetra, smjer vjetra, nalet vjetra, udar i udaljenost munje: da/ne									
	Svi senzori uređaja moraju biti spojeni na jedan kabel	Svi senzori uređaja su spojeni spojeni na jedan kabel: da/ne									
	Mjerenje solarne radijacije: raspon mjerenja od 0 do minimalno 1700 W/m²; preciznost do ± 5%; rezolucija do 1 W/m²	Mjerenje solarne radijacije: raspon mjerenja od ____ do minimalno ____ W/m²; preciznost ± ____%; rezolucija ____ W/m²									
	Mjerenje količine oborina: raspon mjerenja od 0 do minimalno 300 mm/h; preciznost do ± 5%; rezolucija minimalno 0.020 mm	Mjerenje količine oborina: raspon mjerenja od ____ do minimalno ____ mm/h; preciznost ± ____%; rezolucija minimalno ____ mm									
	Mjerenje tlaka pare: raspon mjerenja od 0 do minimalno 40 kPa; rezolucija minimalno 0.05 kPa	Mjerenje tlaka pare: raspon mjerenja od ____ do minimalno ____ kPa; rezolucija minimalno ____ kPa									
	Mjerenje relativne vlažnosti zraka: raspon mjerenja od 0 do 100%; rezolucija minimalno 0.5 %	Mjerenje relativne vlažnosti zraka: raspon mjerenja od ____ do ____%; rezolucija minimalno ____ %									
	Mjerenje temperature zraka: raspon mjerenja od -30 do minimalno +50°C; preciznost ± 1%; rezolucija minimalno 0.1°C	Mjerenje temperature zraka: raspon mjerenja od ____ do minimalno ____°C; preciznost ± ____%; rezolucija minimalno ____°C									
	Mjerenje tlaka zraka: raspon mjerenja od 50 do minimalno 100 kPa; preciznost do ± 0.5 kPa; rezolucija minimalno 0.05°C	Mjerenje tlaka zraka: raspon mjerenja od 50 do minimalno 100 kPa; preciznost ± 0.5 kPa; rezolucija minimalno 0.05°C									
	Mjerenje brzine vjetra: raspon mjerenja od 0 do minimalno 25 m/s; rezolucija minimalno 0.05 m/s	Mjerenje brzine vjetra: raspon mjerenja od ____ do minimalno ____ m/s; rezolucija minimalno ____ m/s									
	Mjerenje udara munje: raspon mjerenja od 0 do minimalno 50000 udara; preciznost > 30% na <10km; rezolucija 1 udar	Mjerenje udara munje: raspon mjerenja od ____ do minimalno ____ udara; preciznost > ____% na < ____ km; rezolucija ____ udar									
	Baterija u uređaju mora biti dostatna za mjerenje podataka minimalno jednu godinu.	Baterija u uređaju mora biti dostatna za mjerenje podataka minimalno jednu godinu: da/ne									
	Minimalno IP56 zaštita uređaja	Minimalno IP56 zaštita uređaja: da/ne									
	Jamstveni rok minimalno 24 mjeseca	Jamstveni rok _____ mjeseca									
	Zapisi vanjske i spremanje podataka u memoriju s mogućnošću spremanja podataka minimalno svakih sat vremena	Zapisi vanjske i spremanje podataka u memoriju s mogućnošću spremanja podataka minimalno svakih sat vremena: da/ne									
	Ukupno bez PDV-a										
	PDV 25%										
Ukupno s PDV-om											

Kod odgovora da/ne, podebljati odgovor
Kod odgovora _____, upisati traženu vrijednost